CUSTOM LIFE

INDICAÇÕES - O CustomLife é indicado para reconstrução das regiões maxilares e mandibulares em decorrência da remodelação óssea relacionados a traumas ou a fatores patológicos; e reabilitação de atrofias severas da região maxilar e mandibular.

CONTRAINDICAÇÕES

- Infecções suspeitas ou preexistentes no local ou próximas ao sítio de implantação.
- Condições de imunossupressão ou que dificultem o processo de cicatrização (ex. tabagismo, alcoolismo, diabetes não controlada).
- Presença de deficiência óssea qualitativa ou quantitativa, ou situação potencial de comprometimento do suporte/fixação do CustomLife.
- Bruxismo, seja primário ou secundário.
- Pacientes com desenvolvimento ósseo incompleto ou imaturo (ex. crianças).
- Implantes que apresentem pouca estabilidade, instabilidade ou avarias.
- Transtornos que dificultem adesão as orientações médicas durante a fase de tratamento.
- Alergia a qualquer componente presentes do implante.

Passo 1: Anestesiar o paciente

Passo 2: Realizar a incisão e o descolamento do retalho cirúrgico da área em o CustomLife será instalado

Passo 3: Posicionar o guia cirúrgico sobre a superfície óssea do paciente e estabilizar o guia no local com os parafusos de 2,00 mm nos orifícios hexagonais.

Passo 4: Com a broca de 1,5 mm, perfurar os orifícios circulares, que serão os pontos do implante subperiosteal.

Passo 5: Preparar o leito ósseo seguindo as superfícies planas do guia cirúrgico.

Passo 6: Remover o guia cirúrgico.

Passo 7: Testar a adaptação do CustomLife sobre a preparação óssea realizada. Se necessário realize os ajustes no osso para a obtenção de uma adaptação precisa.

Passo 8: Fixar o CustomLife pelas perfurações mais anteriores. As perfurações não presentes, devem ser realizadas com a broca de 1,5 mm.

Passo 9: Instalar os parafusos de modo alternado, sem realizar o aperto completo. Após o posicionamento de todos os parafusos, aplicar o torque necessário para o aperto final.

Passo 10: Instalar os conectores no CustomLife. Para a instalação, utilize os instrumentais apropriados. O limite de torque para a instalação dos conectores é de 20 N.cm, valores acima disso podem provocar a fratura do parafuso de estabilização do conector.

Passo 11: Instalar os cicatrizadores dos conectores. Para a instalação, utilize os instrumentais apropriados. O limite de torque para a instalação dos conectores é de 10 N.cm.

Passo 12: Suturar o local da incisão.

CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

- Componentes do sistema Custom Life são ESTÉREIS com exceção dos conectores, pois possuem modelos estéreis e não estéreis.
- Produto de USO ÚNICO. NÃO REUTILIZAR OU REPROCESSAR.
- A implantação do sistema CustomLife deve ser realizado por profissional habilitado, em ambiente cirúrgico e com instrumentais devidamente esterilizados.
- A aplicação de cargas excessivas aumenta os riscos de deformações, trincas e fraturas no implante.
- Não utilizar em caso de fraturas ou sinais de fragilidade na estrutura do implante.
- Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada ou com o lacre violado.
- Não utilizar o produto caso esteja danificado.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade.
- Não utilizar caso o modelo/referência apresentar divergência.
- Utilizar somente produtos compatíveis fabricados pela CPMH para garantir a segurança e eficácia da instalação do dispositivo.

Eventos Adversos

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidade de complicações, entre os eventos adversos, podem ocorrer:

- ✓ Afrouxamento, deslocamento ou fratura dos componentes.
- ✓ Comprometimento vascular.
- ✓ Sensação de dor, desconforto ou incômodo.
- ✓ Edema, hematomas, inflamação, infecção, esfoliação, formação de abscesso, hiperplasia, irregularidades gengivais, complicações associadas a anestesia.
- ✓ Falha do implante ou exposição.

COMPONENTES

Placas para Maxila

Código do Produto	Descrição	Dimensão[1]
PC-353-1	Placa de Reconstrução para Maxila Parcial	15x35x20 a 35x80x45
PC-353-2	Placa de Reconstrução para Maxila Total	15x60x20 a 35x120x45

[1]Em todos os modelos, o ângulo entre hastes mesmo plano são de 85° a 180° e o ângulo entre hastes e base das conexões são de 80° a 180°.

Placas para Mandíbula

Código do Produto	Descrição	Dimensão[1]
PC-354-1	Placa de Reconstrução para Maxila Parcial	15x35x20 a 35x80x45
PC-354-2	Placa de Reconstrução para Maxila Total	15x60x20 a 35x110x45

[1]Em todos os modelos, o ângulo entre hastes mesmo plano são de 85° a 180° e o ângulo entre hastes e base das conexões são de 80° a 180°.

Conectores

Código do Produto	Descrição	Dimensão[1]
EPC-710.060	Conector 0,6 mm	4,8 x 0,60 x 2,2
EPC-710.200	Conector 2,00 mm	4,8 x 2,0 x 2,2
EPC-710.400	Conector 4,00 mml	4,8 x 4,0 x 2,2
ECP-710.600	Conector 6,00 mm	4,8 x 6,0 x 2,2

Conectores

Código do Produto	Descrição	Dimensão[1]
PC-710.060t	Conector 0,6 mm	4,8 x 0,60 x 2,2
PC-710.200	Conector 2,00 mm	4,8 x 2,0 x 2,2
PC-710.400	Conector 4,00 mml	4,8 x 4,0 x 2,2
PC-710.600	Conector 6,00 mm	4,8 x 6,0 x 2,2

PARAFUSOS 2,0 MM MACHEANTES

Tamanho	Código do Produto	Dimensão	Com SLA	Dimensão
4 mm	EPC- 920.104	Ø2,0 x 04	EPC-920.104	Ø2,0 x 04
5 mm	EPC-920.105	Ø2,0 x 05	EPC-920.105	Ø2,0 x 05
6 mm	EPC-920.106	Ø2,0 x 06	EPC-920.106	Ø2,0 x 06
7 mm	EPC-920.107	Ø2,0 x 07	EPC-920.107	Ø2,0 x 07
8 mm	EPC-920.108	Ø2,0 x 08	EPC-920.108	Ø2,0 x 08
9 mm	EPC-920.109	Ø2,0 x 09	EPC-920.109	Ø2,0 x 09
10 mm	EPC-920.110	Ø2,0 x 10	EPC-920.110	Ø2,0 x 10
11 mm	EPC-920.111	Ø2,0 x 11	EPC-920.111	Ø2,0 x 11
12 mm	EPC-920.112	Ø2,0 x 12	EPC-920.112	Ø2,0 x 12
13 mm	EPC-920.113	Ø2,0 x 13	EPC-920.113	Ø2,0 x 13
14 mm	EPC-920.114	Ø2,0 x 14	EPC-920.114	Ø2,0 x 14
15 mm	EPC-920.115	Ø2,0 x 15	EPC-920.115	Ø2,0 x 15
16 mm	EPC-920.116	Ø2,0 x 16	EPC-920.116	Ø2,0 x 16
17 mm	EPC-920.117	Ø2,0 x 17	EPC-920.117	Ø2,0 x 17
18 mm	EPC-920.118	Ø2,0 x 18	EPC-920.118	Ø2,0 x 18
19 mm	EPC-920.119	Ø2,0 x 19	EPC-920.119	Ø2,0 x 19
20 mm	EPC-920.120	Ø2,0 x 20	EPC-920.120	Ø2,0 x 20

PARAFUSOS 2,4 MM MACHEANTES

Tamanho	Código do Produto	Dimensão	Com SLA	Dimensão
4 mm	EPC-924.104	Ø2,4 x 04	EPC-924.104	Ø2,4 x 04
5 mm	EPC-924.105	Ø2,4 x 05	EPC-924.105	Ø2,4 x 05
6 mm	EPC-924.106	Ø2,4 x 06	EPC-924.106	Ø2,4 x 06
7 mm	EPC-924.107	Ø2,4 x 07	EPC-924.107	Ø2,4 x 07
8 mm	EPC-924.108	Ø2,4 x 08	EPC-924.108	Ø2,4 x 08
9 mm	EPC-924.109	Ø2,4 x 09	EPC-924.109	Ø2,4 x 09
10 mm	EPC-924.110	Ø2,4 x 10	EPC-924.110	Ø2,4 x 10
11 mm	EPC-924.111	Ø2,4 x 11	EPC-924.111	Ø2,4 x 11
12 mm	EPC-924.112	Ø2,4 x 12	EPC-924.112	Ø2,4 x 12
13 mm	EPC-924.113	Ø2,4 x 13	EPC-924.113	Ø2,4 x 13
14 mm	EPC-924.114	Ø2,4 x 14	EPC-924.114	Ø2,4 x 14
15 mm	EPC-924.115	Ø2,4 x 15	EPC-924.115	Ø2,4 x 15
16 mm	EPC-924.116	Ø2,4 x 16	EPC-924.116	Ø2,4 x 16
17 mm	EPC-924.117	Ø2,4 x 17	EPC-924.117	Ø2,4 x 17
18 mm	EPC-924.118	Ø2,4 x 18	EPC-924.118	Ø2,4 x 18
19 mm	EPC-924.119	Ø2,4 x 19	EPC-924.119	Ø2,4 x 19
20 mm	EPC-924.120	Ø2,4 x 20	EPC-924.120	Ø2,4 x 20
21 mm	EPC-924.121	Ø2,4 x 21	EPC-924.121	Ø2,4 x 21
22 mm	EPC-924.122	Ø2,4 x 22	EPC-924.122	Ø2,4 x 22

+55 (61)99965-8880
www.cpmhdigital.com.br

cpmh